

DESCRIPTION AND FEATURES



- Luvas de exame, feitas de nitrilo azul grosso.
- Com pontas de dedos microtexturizadas para garantir uma melhor aderência.
- São muito resistentes e seguras.
- Adequadas para o contacto com alimentos.
- Ambidextraídas
- AQL 1.5
- Vida útil: 5 anos.

Equipamento de protecção de alta protecção para os sectores alimentar, terapêutico, médico e laboratorial.

Não conter látex. Antes de calçar a luva, verificar se não tem defeitos; colocar a mão dentro dela e ajustar suavemente a pega à mão. Apenas para uso único; eliminar de acordo com os regulamentos em vigor.

Regulamentos Legais

Classe I: luvas fabricadas em conformidade com a norma EN455-1/2/3, em conformidade com o Regulamento Europeu UE 2017/745 que regula os produtos médicos.

Classe III: Equipamento de proteção pessoal segundo as normas EN 420, EN 374/1 Tipo C e EN 374/5, e o Regulamento da UE 2016/425

Armazenar em local seco e fresco, evitando a luz.

CARATERÍSTICAS

Referencia	tam anh o	Caixa	Caixa de cartão	Compr imento em mm	Largu ra em mm	Espessura mínima em mm	
						Dedo	Palm a
36012	S	100 Unid	10 caixa	240	85 ± 5	0,14 ± 0,03	0,11 ± 0,03
36013	M	100 Unid	10 caixa	240	95 ± 5	0,14 ± 0,03	0,11 ± 0,03
36014	L	100 Unid	10 caixa	240	105 ± 5	0,14 ± 0,03	0,11 ± 0,03
36015	XL	100 Unid	10 caixa	240	115 ± 5	0,14 ± 0,03	0,11 ± 0,03

Antes de envelhecer

Resistencia

Elasticidade

14 Mpa.

500%

Após o envelhecimento

Resistencia

Elasticidade

14 Mpa.

400%